

# Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης



## ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ

Αρ. 972

Το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης (Ε.ΣΥ.Δ.), ως ο αρμόδιος εθνικός φορέας,  
σύμφωνα με το Νόμο 3066/2002 και το Νόμο 4109/2013,

**ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΕΙ**

το

**Εργαστήριο Διακρίβωσης**

της

**MEASUREMENT TECHNOLOGY O.E.**


στην Αθήνα

ως ικανό, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Προτύπου ΕΛΟΤ. EN ISO/IEC 17025:2005 και τα Κριτήρια του Ε.ΣΥ.Δ., να διενεργεί μετρήσεις, όπως καθορίζεται στο συνημμένο Επίσημο Πεδίο Εφαρμογής της Διαπίστευσης, το οποίο είναι δυνατό να τροποποιείται με αποφάσεις του Ε.ΣΥ.Δ.

Το παρόν Πιστοποιητικό ισχύει μέχρι την 01.04.2019, υπό τον όρο της συνεχούς συμμόρφωσης του διαπιστευμένου φορέα προς το ανωτέρω Πρότυπο και τα Κριτήρια του Ε.ΣΥ.Δ.

Αθήνα, 02.04.2015



  
Ιωάννης Σιταράς

Διεύθυνση Διεθνοποίησης Διαπίστευσης Εργαστηρίων

# Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης



Παράρτημα F2/1 του Πιστοποιητικού Αρ. **972**

## ΕΠΙΣΗΜΟ ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ

του

**Εργαστηρίου Διακρίβωσης**

της

**MEASUREMENT TECHNOLOGY O.E.**

Μέγεθος / Αντικείμενο Διακρίβωσης	Περιοχή Μέτρησης	Μετρητική Ικανότητα Διακρίβωσης (k=2)*	Παρατηρήσεις
Μετρήσεις όγκου			
Όγκος Υγρού / Μεταλλικές δεξαμενές	1 m <sup>3</sup> – 50 m <sup>3</sup>	0.09 % επί του ονομαστικού όγκου της δεξαμενής	Ογκομετρική μέθοδος με χρήση πρότυπου ογκομετρικού δοχείου Μέσο διακρίβωσης: Νερό δικτύου Ακολουθούμενα πρότυπα: EIM: Οδηγία Διακρίβωση / Ογκομέτρηση Δεξαμενής με την ογκομετρική μέθοδο EURAMET cg-21 Version 1.0 (04/2013) “Guidelines on the calibration of standard capacity measures using the volumetric method”
	50 m <sup>3</sup> – 100 m <sup>3</sup>	0.10% επί του ονομαστικού όγκου της δεξαμενής	OIML R 71 (2008) “Fixed storage tanks. General requirements.”  Η διακρίβωση μπορεί να γίνει επιτόπου.

\* Όπου η αβεβαιότητα συνοδεύεται από την αντίστοιχη μονάδα μέτρησης, είναι απόλυτη, ενώ όπου δεν συνοδεύεται από μονάδα, είναι σχετική.

Τόπος αξιολόγησης: **Μόνιμες Εγκαταστάσεις Εργαστηρίου, Καραπαναγιώτου 16, 114 76 Αθήνα**  
Εξουσιοδοτημένοι υπεύθυνοι υπογραφής: **Ν. Λαμπής, Σ. Σμυρνιός**

Το Πιστοποιητικό Διαπίστευσης με Αρ. **972**, κατά ΕΛΟΤ EN ISO/IEC 17025:2005, ισχύει μέχρι την 01.04.2019.

Αθήνα, 02.04.2015

Ιωάννης Σιταράς  
Διευθυντής Διεύθυνσης Διαπίστευσης Εργαστηρίων